

仕様書

1 納入場所 川崎市立井田病院

2 納入期限 令和7年11月30日までとし、具体的な納入日については、協議して決定する。

3 「手術室用超音波診断装置」の機器構成は、以下の(1)～(16)を全て含むものとする。なお、同等品は不可。

	会社名	品名・規格	型式	数量	備考
(1)	富士フイルムメディカル株式会社	超音波診断装置 ARIETTA65LE	ARIETTA65LE	1	
(2)	富士フイルムメディカル株式会社	デジタルモノクロプリンタ(エコーコピー)	SSZ-X311	1	
(3)	富士フイルムメディカル株式会社	白黒プリンタ接続キット	PM-AR65-H001	1	
(4)	富士フイルムメディカル株式会社	ゼリーウォーマ	JW-3000U	1	
(5)	富士フイルムメディカル株式会社	ゼリーウォーマ用ACアダプタ	EU-6063	1	
(6)	富士フイルムメディカル株式会社	ゼリーウォーマ右搭載対応キット	MP-FX-AVA-2B-R	1	
(7)	富士フイルムメディカル株式会社	1連フットスイッチ	MP-2345B	1	
(8)	富士フイルムメディカル株式会社	フレキシブルフック	MP-HA-ALB-2	1	
(9)	富士フイルムメディカル株式会社	HDMIモニタ接続ユニット	EU-9210	1	
(10)	富士フイルムメディカル株式会社	Detective Flow Imagingソフト	SOP-ARIETTA65-105	1	
(11)	富士フイルムメディカル株式会社	電子コンベックスプローブ	C253A	1	
(12)	富士フイルムメディカル株式会社	複合プローブ	CL4416R1	1	
(13)	富士フイルムメディカル株式会社	穿刺アダプタ	BA-001	1	
(14)	富士フイルムメディカル株式会社	電子リニアプローブ	L64	1	
(15)	富士フイルムメディカル株式会社	電子リニアプローブ	L51K	1	
(16)	サンワサプライ	HDMI-DVIケーブル(5m)	KM-HD21-50K	1	

4 その他 搬入、設置、現行機器の病院内廃棄コンテナまでの撤去作業を含む。