

## 仕様書

- 1 納入場所 川崎市立井田病院
- 2 納入期限 令和8年3月31日までとし、具体的な納入日については、協議して決定する。
- 3 以下、A又はBのいずれかの製品とする。なお、同等品は不可とする。

会社名	品名・規格	型式	数量	備考
A GEヘルスケア・ジャパン株式会社	麻酔システム Carestation 650 (内訳)		1式	
	Carestation 650 V2 Pro 麻酔器一式	1012-9650-200-01285361-B	1式	
	Tec850 気化器 セボフルラン	1177-9850-SEV-592739	1式	
	Tec6プラス気化器 デスフルラン	M1221495	1式	
	余剰ガスホース(5M-ユニ)	I015393LSI	1式	
	O2耐圧ホース(5M-川重)	I012858LSI	1式	
	N2O耐圧ホース(5M-川重)	I015397LSI	1式	
	Air耐圧ホース(5M-川重)	I003841LSI	1式	
	ハイトレイル患者回路(成人用)1.5m リユーザブル	2096534-004	1式	
	キャスター一ガード(CS650用)	I019761LSI	1式	
	E-sCAiO モジュール ISO 準拠	5697086	1式	
	排気ライン(18cm) ISO 準拠	5514183	1式	
	D-fend Pro ウォータートラップ	M1182629	1式	
	ガスサンプリングライン、PVC/PE、3m、10本入	2097307-002	1式	
	CS600シリーズ フォールディングサイドテーブル	2079219-001-S	1式	
	CS用ケーブルマネージメントアームロング	M1808033	1式	
	CS650用 縦置ディスプレイマウント	M1809012	1式	
B ドレーゲルジャパン株式会社	全身麻酔器 Atlan A350 (内訳)		1式	
	麻酔器 Atlan A350 本体	8621500	1式	
	患者ガスマジュール xGM AutoID	OPC5917	1式	
	ポンベホルダー	8609647	1式	
	ソフトウェアオプション		1式	
	-アドバンスガスモニタリング	OPC5938		
	-アドバンストレンド	OPC5940		
	-アドバンス換気モニタリング	OPC5941		
	-Lung Recruitment	OP50000		
	-自発呼吸サポート	OPC5936		
	-AutoFlow	OPC5937		
	耐圧ホース(Air,O2,N2O)		1式	
	余剰ガス排出装置	OPC5946	1式	
	気化器 Vapor2000(セボフルラン)	M35054	1式	
	気化器 D-Vapor(デスフルラン)	M35500	1式	
	L15 M Series 20.3x20.3cm Articulating Ar(アーム)	5305175	1式	

4 その他 搬入・設置に必要な諸経費を含むものとする。