

仕様書

件名 川崎病院で使用する超音波画像診断装置の調達

機器構成

メーカ名	製品名	規格・型番	数量
富士フィルムメディカル	超音波画像診断装置 本体	ARIETTA 65LE	1
	デジタルモノクロプリンタ	SSZ-X311	1
	白黒プリンタ接続キット	PM-AR65-H001	1
	ゼリーウォーマー	JW-3000U	1
	ゼリーウォーマーユニット	EU-6063	1
	ゼリーウォーマー右搭載対応キット	MP-FX-AVA-2B-R	1
	HDMI モニタ接続ユニット	EU-9210	1
	DICOM ネットワーク通信機能ソフト	SOP-ARIETTA65-10	1
	Real-time Tissue Elastography ソフト	SOP-ARIETTA65-43	1
	被験者情報自動入力ソフト	SOP-ARIETTA65-6	1
	IMT 自動計測ソフト	SOP-ARIETTA65-38	1
	Contrast Harmonic Imaging ソフト	SOP-ARIETTA65-44	1
	Detective Flow Imaging ソフト	SOP-ARIETTA65-105	1
	コンベックスプローブ<5-1MHz/50R/70° >	C253A	1
	コンベックスプローブ (経直腸用)<9-2MHz/9R/180° >	C41RP	1
	コンベックスプローブ (経腔用)<10-2MHz/10R/200° >	C41V1	1
	リニアプローブ (術中用/ドロップイン) <15-3MHz/13mm>	L51K	1
	リニアプローブ <18-5MHz/38mm>	L64	1
	セクタプローブ(術中・穿刺用) <8-3MHz/90° >	S31KP	1

同等品 不可

納入場所 川崎市立川崎病院 手術室指示場所
※納入日程等については要事前協議

納入期限 令和8年3月31日

その他 搬入・据付設置費用含む