

仕様書

件名 川崎病院で使用するアイソレーター デュアルケモの調達

機 器 構 成

メーカ名	製品名	規格・型番	数量
日科ミクロン株式会社	アイソレーター デュアルケモ	NSC-1500	1
	クリーンルーム用椅子	NCL-450	1
	プロジェクター止め金具	-	1
	電子天秤	-	1
	カメラ台	-	1
リコー	プロジェクター (ケーブル各種含む)	RICHO PJWXC1210	1
小杉技研	U S Bフットスイッチ 組込型 2 連 (外部スイッチ<VG-S3 黒 1 m>付)	USB-FSW2 (VG-S3)/KM	1

同等品 不可

納 入 場 所 川崎市立川崎病院 薬剤部指示場所
※納入日程等については要事前協議

納 入 期 限 令和 8 年 9 月 18 日

その他 搬入・据付設置費用、二次側ダクト接続・試運転調整含む作業、
プロジェクターフットペダル仕様への既存抗がん剤調整システム調整費用及び設置後検査費用等を含む