

血液ガス分析装置（パラボイメタル）保守業務委託仕様書

1 目的

本件は、血液ガス分析装置（パラボイメタル）保守業務について、専門的な知識と技能を有する受注者に委託することにより、医療機器の機能を適切に維持管理し、もって市立病院における患者サービスの一層の向上に寄与することを目的とする。

2 委託期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

3 履行場所

川崎市川崎区新川通12-1 川崎市立川崎病院

4 保守業務対象機器

スタットプロファイル pH0x Ultra 2式

5 受注者が備える条件

- (1) 受託業務の責任者として、相当な知識を有し、医療器械の保守点検業務に関し、3年以上の経験を有する者を有すること。
- (2) 従事者として、医療器械の保守点検業務を行うために必要な知識及び技能を有する者を有すること。
- (3) 次の事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。
 - ア 保守点検の方法
 - イ 点検記録
- (4) 次に掲げる事項を記載した業務案内書を常備していること。
 - ア 保守点検の方法
 - イ 故障時の連絡先及び対応方法
 - ウ 業務の管理体制
- (5) 従事者に対して、適切な研修を実施していること。

6 保守内容

(1) 定期点検

定期点検については、契約期間内に4回(年2回/台)と定め、技術員を派遣して清掃・点検・調整等を以下の点検項目に基づき行う。

- ア 測定部点検
- イ 両面操作部点検
- ウ 光学系部点検
- エ 電気系部点検

(2) 障害対応業務

機器が故障したときは、速やかに技術員を派遣し修理を行い、機能を回復させること。その間、代替モジュールを一時貸出して対応すること。ただし、次の場合の費用は、発注者負担とする。

- ア 年4回を超える定期点検と年6回を超えるオンコールサービスの対応は発注者負担とする。
- イ 通常業務規定内(平日9時00分~17時30分)の修理調整費用及び出張交通費は保守料に含むが、規定時間外については発注者負担とする。

(3) その他

- ア 点検業務は、発注者の指示する日時に行うこととする。
- イ 点検に必要な交換部品(ABGロータリーバブルセラミックキット1個/台)については、受注者負担とする。ただし、機器を構成する部品(パーツ類、基板、電源アッセンブリー、セラミックパーツ、モニター等)の交換は、発注者負担とする。
- ウ 点検に必要な試薬・消耗品については、別途発注者負担とする。ただし、契約期間内の消耗品については、受注者負担とする。

7 点検報告

定期点検・障害対応業務を完了したときは、報告書をもって確認を受けること。

8 その他

- (1) 本仕様書に記載のない事項に関して、疑義が生じた場合には、双方協議のうえ決定する。
- (2) 保守料の支払いについては、1か月毎に発注者の指定様式を用いて支払う。