

仕様書

件名 川崎病院で使用する回診用X線撮影装置の調達

機器構成 次の機種A、機種Bのいずれか

(機種A)

メーカー名	製品名・規格・型番	数量
島津製作所	回診X線撮影装置 MobileDaRt Evolution (内容) X線管保持装置および台車部 X線高電圧装置 BIR-320-133 X線管装置 0.7/1.3U163C-36 コリメータ R-20CU 計算面積線量表示機能	1
	無線バーコードリーダー	1
	無線LAN オプション	1
	FPD, 半切(高感度) DR-ID 1811SE	1
	FPD, 17×17(高感度) DR-ID 1812SE	1
	汎用RIS ブラウザ	1
	バーチャルグリッド	1
	Dynamic Visualization II	1
	異物認識ソフトウェア	1
	ドッキングスタンド	2
	バッテリーパック	4
	バッテリーチャージャー	1
	無線ハンドスイッチ	1
	Bluetooth BCR キット	1
	無線LAN アダプター	1
	黒化处理ソフトウェア	1
	グリッド除去処理ソフトウェア	1
	防護エプロン	1

(機種B)

メーカー名	製品名規格・型番	数量
富士フイルム メディカル	CALNEO GO iQ スタンダードタイプ CALNEO GO IQ STD#	1
	Go_plus_iQ 無線ハンドスイッチ CLN GO+ REMOTE CONTROLLER	1
	Go_plus_iQ Bluetooth BCR キット CLN GO+ WIRELESS BCR RDR	1
	Go_plus_iQ 無線LAN オプション CLN GO+ WIRELESS LAN OP	1
	無線LAN アダプター-5.2GHz Archer T2U V3.0	1
	CALNEO Flow C47 DR-ID 1811 SE	1
	CALNEO Flow C77 DR-ID 1812 SE	1
	Flow用バッテリーパック(軽量タイプ) DR1800 SE BATTERY S	4
	Flow/Smart 共通バッテリーチャージャーDR1200 SE BATTERY CHARGER B	1
	Smart用ドッキングスタンド DR-ID 1200 DS	2
	パネルードッキングスタンド用SEアダプターDR1200 SE-DS ADAPTER	2
	DICOM 接続ソフトウェア:MWM(患者+メニュー情報)(ライセンス) DX CL DICOM ORDER MWM SWL	1
	DICOM 接続ソフトウェア:MPPS(ライセンス) DX CL DICOM MPPS SWL#	1
	汎用 RIS ブラウザソフトウェア(ライセンス) DX CL GEN RIS BROWSER SWL	1
	黒化処理ソフトウェア(ライセンス) DX CL SHUTTER-PROC SWL	1
	Virtual Grid ソフトウェア(ライセンス) DX CL VIRTUAL GRID SWL	1
	ダイナミック処理アップグレードソフト(ライセンス) DX CL DYN VISUAL II UPG SWL	1
	グリッド除去処理ソフトウェア(ライセンス) DX CL GPR SWL	1
株式会社マエダ	防護エプロン MMA-25M 0.25Pb グリーン	1

同等品 可

※但し、同等品を提案する場合には、必ず応札前に
川崎病院庶務課経理系の審査を受けること。

納入場所 川崎市立川崎病院 放射線科指示場所

※納入日程等については要事前協議

納入期限 令和9年3月31日

その他 搬入・設置調整費、FPDに付随するバックボード用スペーサ、PCデスク、
PACS、RIS接続費用等、稼働に必要な諸費用を含む