

R0装置及び手洗装置保守点検仕様書

1 目的

本件は、R0装置の性能を維持させるとともに、手術室及び無菌室（5階東554号室）の安全性を確保する事を目的とする。

2 委託期間

契約締結日から令和9年3月31日まで

3 履行場所

川崎市中原区井田2-27-1 川崎市立井田病院

4 保守点検対象機器（三菱レイヨン・クリンスイ(株)製）

手術・中央滅菌室用R0装置	
型式：MRC-R0-SSX10S	1台
手術室5人用手洗装置	
型式：MRC-SFW-5S	1台
手術室3人用手洗装置	
型式：MRC-SWF-3S	1台
手術室2人用手洗装置	
型式：MRC-SWF-2S	1台
5階東554号室手洗装置	
型式：MRC-SFW-1U	1台

5 保守点検回数

手術室は年2回、554号室は年1回とし、その時期は病院担当者と協議する。

6 点検日

保守点検日は、土曜日とし、事前に作業計画書を提出すること。

7 保守点検内容

(1) 手術・中央滅菌室用R0装置

ア データの測定

原水温度、原水圧力、NF一次圧力、NF運転圧力、NF膜出圧力、FN透過水量、R0一次圧力、R0運転圧力、R0膜出圧力、R0透過水量、NF膜パネル水質、R0膜パネル水質、NF膜水質（ベッセル）、R0膜水質（各ベッセル毎）、平均水質、原水水質、供給水質、送水圧力

イ 水質データー

対原水除去率、対供給水除去率

ウ 消耗品交換

UV殺菌灯（タンク×1本）	1本
エアフィルター	2個
電磁弁ダイヤフラム	10式
送水ポンプ本体	2台
ROポンプ本体	1式
活性炭	60L
制御盤	1式

エ 確認事項

水漏れ、異音確認、バルブ、スイッチ操作確認

(2) 手術室 2人用手洗装置、3人用手洗装置、5人用手洗装置

ア 検査項目

各センサー、水温調整、水漏れ、ブラシケース、ソープコンテナ、蛍光灯、シャワー

イ 消耗品交換

手洗装置逆汚染防止UVランプ	10式
----------------	-----

(3) 5階東554号室

ア 検査項目

各センサー、水温調整、水漏れ等

イ 消耗品交換

目皿パッキンセット	1式
UVランプ	1本
除菌フィルター	1式

8 点検業務について

点検業務については、本装置は当院として医療機器に準じた扱いをしているので、医療機器の修理業の許可証を持っているものが行うこと。

9 作業従事者

- (1) 服装は清潔を保持し、言葉使い、行動等には十分注意して患者、職員等に不快感を与えることの無いようにすること。
- (2) 作業従事者は左胸に会社名、氏名を明記した名札又は腕章を着用すること。
- (3) 建物、設備備品等の破損、異常等の発見、及び事故が発生した場合は必要な措置を行い、直ちに報告し、指示を仰ぐこと。
- (4) 入館手続きの際は、感染防止のため検温をさせていただきます。

10 点検結果報告書の提出

点検終了後は、その都度点検結果報告書を作成し、速やかに提出すること。

11 委託料の請求

受注者は前項における業務報告書の確認を受けた後、病院の指定する方法により遅滞なく請求するものとする。

12 その他

この仕様の定めがない事項であっても、装置稼働上当然行うべき事項はこれを実施し、病院に報告すること。