仕様書

1　納入場所　　川崎市立井田病院

2　納入期限　　令和9年3月31日までとし、具体的な納入日については、協議して決定する。

3　「血液培養自動分析装置」の機器構成は、以下のA若しくはBとする。なお、同等品は可。

同等品を提示する際には、必ず応札前に井田病院の審査を受けること

A：以下の（1）～（3）を全て含む。

	会　社　名	品　名　・　規　格	型　式	数量	備考
（1）	ビオメリュー・ジャパン株式会社	バクテアラートVIRTUO	プリンター、UPS、VLINK（リモートサービス）ソフトウェア、日本語マニュアルを含む	1式	
（2）	ビオメリュー・ジャパン株式会社	データ統合システム　MAESTRIA		1式	
（3）		微生物検査システムオンライン接続費用		1式	

B：以下の（11）～（13）を全て含む。

	会　社　名	品　名　・　規　格	型　式	数量	備考
（11）	日本ベクトン・ディッキンソン株式会社	BD　バクテックFXI　480本モデル	プリンター、UPS、リモートサービスソフトウェア、日本語マニュアルを含む	1式	
（12）	日本ベクトン・ディッキンソン株式会社	BD　シナプシス 感染症検査統合システム		1式	
（13）		微生物検査システムオンライン接続費用		1式	

4　その他　　搬入及び設置費用を含む（現行品の撤去費用は含まない）。

また、機器の設置にあたっては、下部に鉄板を敷くなど、荷重を分散させる対策を講じること。