仕様書

1　納入場所　　川崎市立井田病院

2　納入期限　　令和9年3月31日までとし、具体的な納入日については、協議して決定する。

3　「大動脈バルーンパンピング装置（IABP）」の機器構成は、以下のAかBとする。なお、同等品は可。

同等品を提示する際には、必ず応札前に井田病院の審査を受けること

A：以下の（1）～（5）を全て含む。

	会 社 名	品 名 ・ 規 格	型 式	数量	備考
(1)	泉工医科工業 株式会社	IABP駆動装置	コラートBP3	1台	
(2)	泉工医科工業 株式会社	架台	HBP3-CAR	1式	
(3)	泉工医科工業 株式会社	コラートBP3　AC/DCアダプタ	HBP3-ADA	1個	
(4)	泉工医科工業 株式会社	コラートBP3　ポール	HBP3-POL	1本	
(5)	泉工医科工業 株式会社	コラートBP3　シグナルタワー	HCS-CL	1個	

B：以下の（11）のとおり

	会 社 名	品 名 ・ 規 格	型 式	数量	備考
(11)	ゼオンメディカル 株式会社	IABPコンソール　ZUIRYU	心電図ケーブル、心電図リード、標準プラグケーブル（青・赤）、血圧中継ケーブル、プリンタ用紙、バッテリを含む	1式	

4　その他　　搬入及び設置費用を含む。