

川崎市立聾学校総合乳幼児聴覚検査システム賃貸借に関する仕様書

1 物件の内容・数量

(1) オージオメーター・補聴器特性測定の機能を有すること。

ア 機器構成

品名	数量	詳細
本体機器（防音ボックス含む）	1	<p>【寸法等】</p> <p>寸法：25cm×25cm×15cm以内 重量：4kg以下</p> <p>【オージオメーター機能】</p> <ul style="list-style-type: none">・気導ヘッドホン、骨導レシーバー含む・気導検査は125～8,000Hz、骨導検査は250～8,000Hzの検査が可能のこと。・音場検査、ACT検査が可能のこと <p>【補聴器特性測定機能】</p> <ul style="list-style-type: none">・JIS規格に則った補聴器の特性測定ができること・測定カプラは2ccカプラと0.4ccカプラが標準で搭載されていること・OSPL90、最大音響利得、入出力特性、アタック/リリースタイム、規準利得、周波数レスポンス、等価入力雑音レベル、全高調波ひずみ、相互変調ひずみ、電池電流、指向性の検査が出来ること
インサートイヤホン	1	
スピーカー	2	
スピーカースタンド	2	
ノートパソコン	1	CPU：Intel core i7以上 メモリー：26GB以上 SSD：256GB以上 ディスプレイ：15.6インチ以上、FHD (1920×1080) 以上
データ管理ソフト	1	Noahデータベースと同等の機能を有すること

イ 適合参考機種

ダイアテック社 アフィニティコンパクト

(2) オージオメーターを活用した幼児聴力検査システムの機能を有すること。

ア 機器構成

品名	数量	詳細
本体機器	1	検査者が任意のタイミングで任意の画像及び動画を呈示操作できること
モニター	2	21型以上（スピーカー内蔵）
遊戯ボックス	1	使用者側で報酬の呈示物を容易に交換できること
モバイルモニター	1	13型以上（スピーカー内蔵）
モバイルモニターホルダー	1	

イ 適合参考機種

ダイアテック社 幼児聴力検査システムVRA

2 設置場所

川崎市立聾学校（川崎市中原区上小田中3-10-5）

3 リース期間

令和8年5月1日から令和13年4月30日まで

4 その他

- (1) 物品の運搬・搬入、設置、撤去に要する費用は全て賃貸人の負担とすること。
- (2) 物品には、賃貸借期間中、動産総合保険を付すこと。この保険料は、賃貸人の負担とすること。
- (3) 賃借料の支払いは、毎月後払いとすること。
- (4) 賃貸人は、借入期間満了後、本市の求めに応じて、物品を再リース又は売り渡すものとすること。
- (5) 本契約は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約とすること。